

RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015

O Exmo Sr. Florisvaldo Antônio Fiorentino, Prefeito Municipal, comunica aos interessados sobre a retificação do edital de Pregão Presencial supracitado para alteração do descritivo do objeto constante do anexo I. Tal alteração se faz necessária garantir a participação de maior número de empresas.

Sendo assim, segue a alteração:

Item	Qtde.	Especificação
01	01	<p>Ventilador pulmonar eletrônico microprocessado, para suporte ventilatório de pacientes adulto, pediátrico e neonatal em operações de resgate, emergência e transporte, intra Hospitalar (UTI, Pronto Socorro e Centro Cirúrgico) e extra Hospitalar (Ambulância, resgate e Helicóptero) com tela de, no mínimo, 05 polegadas.</p> <p>Modalidades mínimas: VCV (assistido/controlado), PCV (assistido/controlado), PSV, CPAP, SIMV, fluxo contínuo, controles diretos para volume corrente, frequência e sensibilidade assistida;</p> <p>Alarme de pressão inspiratória alta e baixa, volume tidal máximo e mínimo, PEEP, bateria fraca e rede de gases;</p> <p>Com pelo menos gráfico de pressão por tempo; misturador de ar ambiente, que permite ajuste da FIO2;</p> <p>Leitor de fluxo inspiratório integrado ao equipamento;</p> <p>Circuito paciente simples, de fácil montagem, limpeza e esterilização;</p> <p>- sistema de fixação para uso em ambulâncias e unidades móveis de resgate, inclusive aéreo com compensação de altitude;</p> <p>Tecla stand by que interrompe as funções do ventilador;</p> <p>Botão de ciclo manual, que determina o início do ciclo respiratório;</p> <p>Silenciador de alarme por 60 segundos;</p> <p>Controle de PEEP eletrônico.</p> <p>Entrada de bateria externa de 12 V DC, bateria interna recarregável com duração mínima de 02 horas. Opção de pedestal com 04 rodízios com pelo menos duas travas e braço com seguimentos para suporte de circuitos paciente.</p> <p>Geral: O equipamento deverá ter Registro no Ministério da Saúde a ser comprovado no ato da entrega.</p> <p>Possuir manual de boas práticas de fabricação</p> <p>Manual de operação em língua portuguesa</p> <p>Garantia mínima de 12 meses.</p>



Ficam inalteradas as demais cláusulas do instrumento convocatório.

Remarca-se a data da sessão de processamento do Pregão Presencial 032/2015 para **14 de julho de 2015, às 09h30min**, no Auditório da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Edifício Hélio Fiorentino, localizado na Rua José Custódio, 330, Centro, Ibitinga-SP.

1

A presente retificação será publicada pelos mesmos meios em que se deu a publicação do extrato de Edital e será disponibilizada no site.

Ibitinga, 26 de junho de 2015.

Florisvaldo Antonio Fiorentino
Prefeito Municipal

