

A  
**Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga**  
Estado de São Paulo  
Departamento de Compras e Licitações

**Pregão Presencial nº 045/2016**  
**P.A. 2158/2016**

**OBJETO:** Aquisição de diversos equipamentos médicos, tais como: Aspirador de secreção, cama hospitalar, carro maca, entre outros.

**ESCLARECIMENTO DOS ITENS 02 E 03**

**Item 02 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA ADULTO - COM GRADES LATERAIS, 03 MANIVELAS, LEITO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABECEIRA / PESEIRA REMOVÍVEL EM POLIPROPILENO OU SIMILAR; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL; COM RODÍZIOS, COLCHÃO E SUPORTE DE SORO. Garantia Mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação;**

**Esclarecer:**

Quais os movimentos que a cama deve ter?  
O que deve ser em aço inox, só o leito ? ou pode ser pintada?

**Item 03 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA USO PEDIÁTRICO - COM GRADES LATERAIS E NA CABECEIRA, 03 MANIVELAS, LEITO EM AÇO INOXIDÁVEL. CABECEIRA / PESEIRA REMOVÍVEL EM POLIPROPILENO OU SIMILAR; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL; COM RODÍZIOS, COLCHÃO E SUPORTE DE SORO. Garantia Mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação;**

**Esclarecer:**

Quais os movimentos que a cama deve ter?  
O que deve ser em aço inox, só o leito ? ou pode ser pintada?

Aguardamos retorno

Atenciosamente

Bilac, SP, 21 de Junho de 2016

**D'AQUINO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI-EPP.**

Sergio Della Ricci  
RG 24.707.553 SSP/SP  
CPF 201.604.938-38  
Representante Comercial

*Gilberto*





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

## DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Referência:** Pregão Presencial nº 045/2016.  
Processo Administrativo: 2158/2016

**Assunto:** Esclarecimentos aos termos do edital

**Interessada:** **D'AQUINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP**

A empresa supracitada enviou via e-mail pedido de esclarecimento aos termos do Pregão Presencial 045/2016, cujo objeto é a aquisição de diversos equipamentos médicos, mais especificamente quanto aos itens 02 (**CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA ADULTO**) e 03 (**CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA USO PEDIÁTRICO**).

Pede esclarecimento quanto aos movimentos que a cama deve ter e o que deve ser em aço inoxidável.

Devemos salientar ao solicitante que o descritivo do edital foi retirado da proposta de aquisição de Equipamento / Material Permanente enviada e autorizada pelo Ministério da Saúde, registrada sob n.º 11976.658000/1140-01.

O descritivo do edital, que está estritamente conforme a proposta, determina que o **leito** e a **estrutura (parte inferior que sustenta a cama)** sejam em aço inoxidável; Não há qualquer alusão quanto à quantidade de movimentos que os equipamentos devem ter; A única referência diz respeito ao número de manivelas que devem ser no mínimo 03 (três).

Era o que se tinha a esclarecer.

Ibitinga, 23 de junho de 2016.

  
**Luiz Henrique Vido Pascolati**  
Analista de Compras